



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD METROLOGI LEGAL

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN
(SKHP)

Nomor : 9304

Pemilik UTTP	PT SETINDOTAMA
Alamat	Jalan Tera Industri, OPII Batam
Jenis Kegiatan	Tera Ulang di Kantor
Jenis UTTP	Timbangan Elektronik
Merek / Tipe	Dercsonics
Kapasitas	20 – 30 kg
Nomor Seri	SN-20937-96
Nilai Bagi	0,2 g
Kelas Akurasi	III
Hasil Pengujian	LULUS

Berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan, UTTP tersebut di atas dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan metrologis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 11 Januari 2026

Kepala UPTD Metrologi Legal

Ditandatangani secara elektronik

H. Cusrilan Rodi, SE., M.Si.

NIP. 19XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Scan untuk verifikasi keaslian SKHP